



# ULTRACOR™ TWIRL™

ウルトラコア トゥアール ブレストマーカ

植込み型病変識別マーカ



# リング状のマーカが腋窩リンパ節または乳房の軟部組織の生検部位をマーキングし、乳癌治療をサポートします。


The twirled ring indicated for axillary lymph nodes and soft breast tissue supports breast cancer treatment.




## 視認性の良さを実現する リング状ニチノール(ニッケル・チタン合金)製マーカ

Nitinol(a nickel-titanium alloy), twirled ring-shaped marker designed and sized for visibility.


- エコー、マンモグラフィ、MRI下において視認することができます。



エコー画像



マンモグラフィ画像



MRI画像


\*倍率はそれぞれ異なる可能性があります。これらの製品の画像の見え方の例として示しているもので、臨床における視認性と比較する目的のものではありません。

- 体内に留置する異物が極力少なくなるよう、コラーゲンやポリマー、ゲルを含みません。

## 正確な留置をサポートするデザイン

Self-incorporating design to assist in placement accuracy

- 形状記憶と超弾性に優れたニチノール製マーカは、組織内に押し出されると、リング形状を自ら回復し体内に留置されます。



## ORDERING INFORMATION

クラス分類: [3] 高度管理医療機器  
一般的名称: 植込み型病変識別マーカ  
承認番号: 23000BZX00313000

販売名: UltraCor Twirl プレスト マーカー

カタログ番号	規格	包装単位
UCTW17	17G×10cm	5入

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。  
・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。  
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541

[cbrbard.jp](http://cbrbard.jp)



BD, the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2020 BD. All rights reserved.

2020.9.1.000 PIO\_C0259